



dotyczy: *postępowania nr 22/DEG/AM/2019 na dostawę łóżek szpitalnych dla potrzeb SP ZOZ Szpitala Psychiatrycznego w Toszku*

1) zmianie ulegną zapisy propozycji ofertowej – zmieniony zostaje opis na następujące:

Łóżko szpitalne metalowe

- leże łóżka dwusegmentowe
- regulacja segmentu oparcia pleców ręczny mechanizmem zapadkowym
- stała wysokość leża
- segmenty leża wypełnione metalową siatką montowaną na stałe
- szczyty łóżka metalowe malowane farbą proszkową
- wypełnienie szczytów płyta laminowana
- wytrzymałość min 150 kg
- cztery stopki
- kolor biały

**Dane techniczne**

- **długość całkowita łóżka 2100 - 2200 mm**
- **szerokość całkowita łóżka 940 -1000 mm**
- **wymiary leża 2000x900mm ± 40 mm**

Z poważaniem:

*Z-ca Dyrektora  
ds. Ekonomiczno-Eksploatacyjnych  
inż. Erwin Janysek*

**Od dnia 21.03.2019 r. na stronie internetowej Zamawiającego ([www.szpitaltoszek.pl](http://www.szpitaltoszek.pl)) dostępna jest zmodyfikowana treść Propozycji ofertowej.**