



Toszek, 21.03.2019 r.

dotyczy: *postępowania nr 22/DEG/AM/2019 na dostawę łóżek szpitalnych dla potrzeb SP ZOZ Szpitala Psychiatrycznego w Toszku*

Zamawiający udostępniła treść zapytań wraz z wyjaśnieniami:

Pytania z dnia 21.03.2019 r.

Pytanie 1

Czy Zamawiający dopuści łóżka o parametrach:

leże łóżka dwusegmentowe
regulacja segmentu oparcia pleców ręczna mechanizmem zapadkowym
regulacja segmentu nóg ręczna mechanizmem zapadkowym
stała wysokość leża
segmenty leża wypełnione metalową siatką montowaną na stałe
szczyty łóżka metalowe malowane farbą proszkową
wypełnienie szczytów płyta laminowana
cztery koła jezdne z których dwa posiadają blokadę jazdy i obrotu,
szerokość całkowita 985mm
długość całkowita 2180mm
wymiary leża 2000x860mm
regulacja segmentu pleców w zakresie 0°, 70°
regulacja segmentu uda w zakresie 0°, 25°

Odpowiedź:

Zamawiający dopuści następujące parametry:

- leże łóżka dwusegmentowe
- regulacja segmentu oparcia pleców ręczny mechanizmem zapadkowym
- stała wysokość leża
- segmenty leża wypełnione metalową siatką montowaną na stałe
- szczyty łóżka metalowe malowane farbą proszkową
- wypełnienie szczytów płyta laminowana
- wytrzymałość min 150 kg
- cztery stopki
- kolor biały
- **długość całkowita łóżka 2100 - 2200 mm**
- **szerokość całkowita łóżka 940 -1000 mm**
- **wymiary leża 2000x900mm ± 40 mm**

Tym samym zmianie ulegną zapisy zapytania ofertowego.

Z poważaniem:
Z-ca Dyrektora
ds. Ekonomiczno-Eksploatacyjnych
inż. Erwin Janysek