SAMODZIELNY PUBLICZNY ZAKŁAD OPIEKI ZDROWOTNEJ
SZPITAL PSYCHIATRYCZNY
44-180 Toszek ul. Gliwicka 5

Toszek, 11.01.2021 r.

dotyczy: postępowania nr 21/PN/DEG/AS/2020 na dostawę łóżek, stolików przyłóżkowych, akcesoriów do przemieszczania pacjentów oraz mebli medycznych dla potrzeb SP ZOZ Szpitala Psychiatrycznego w Toszku w ramach projektu współfinansowanego przez Unię Europejską ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego dla Województwa Śląskiego na lata 2014-2020. Nazwa projektu „Zdrowy Pracownik- Aktywny Pracownik- Sprawny Szpital- etap II"

Na podstawie art. 38 ust. 2 ustawy Prawo zamówień publicznych z dnia 29 stycznia 2004 r. (tekst jednolity Dz.U. 2019 poz. 1843 z późn. zm.) Zamawiający udostępnia treść zapytań odnośnie Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia wraz z wyjaśnieniami:

Pytania z dnia 28.12.2020 r.

Pytanie 1:
Pakiet I
Czy Zamawiający dopuści łóżko bez tworzywowej osłony podwozia, która w przypadku łóżka hydraulicznego wydaje się elementem zbędnym?

Odpowiedź:
Zamawiający wymaga tworzywowej osłony podwozia.

Pytanie 2:
Pakiet I
Czy Zamawiający dopuści łóżko z kołami o średnicy 150 mm?

Odpowiedź:
Zamawiający wymaga łóżek o minimalnej średnicy koła 120 mm. Tym samym zmianie ulegną zapisy SIWZ w załączniku nr 3/I do SIWZ

Pytanie 3:
Pakiet I
Czy Zamawiający dopuści łóżko z regulacją wysokości leża w zakresie 430-830 mm?

Odpowiedź:
Zamawiający dopuszcza łóżko z regulacją wysokości leża w zakresie 430-830 mm. Tym samym zmianie ulegną zapisy SIWZ w załączniku nr 3/I do SIWZ

Pytanie 4:
Pakiet I
Czy Zamawiający dopuści łóżko z regulacją wysokości leża w zakresie 410-810 mm?

Odpowiedź:
Zamawiający dopuszcza łóżko z regulacją wysokości leża w zakresie 410-810 mm. Tym samym zmianie ulegną zapisy SIWZ w załączniku nr 3/I do SIWZ

Pytanie 5:
Pakiet II
Czy Zamawiający dopuści szafkę przyłóżkową z blatem bocznym składanym do boku szafki?

Odpowiedź:
Zamawiający wymaga szafki przyłóżkowej z blatem bocznym składnym z boku szafki. Tym samym zmianie ulegają zapisy SIWZ w załączniku nr 3/II do SIWZ

Pytanie 6:
Pakiet II
Czy Zamawiający dopuści szafkę przyłóżkową o charakterystyce dwustronnej, którą można postawić zarówno z prawej, jak i lewej strony łózka (bez ingerencji narzędzi)?

Odpowiedź:
Zamawiający dopuszcza szafkę przyłóżkową o charakterystyce dwustronnej, którą można postawić zarówno z prawej, jak i lewej strony łózka (bez ingerencji narzędzi)

Pytanie 7:
Pakiet II
Czy Zamawiający dopuści szafkę przyłóżkową z szufladą na prowadnicach rolkowych?

Odpowiedź:
Zamawiający dopuszcza szafkę z szufladą na prowadnicach rolkowych. Tym samym zmianie ulegną zapisy SIWZ w załączniku nr 3/II do SIWZ

Pytanie 8:
Pakiet II
Czy Zamawiający dopuści szafkę przyłóżkową z szufladą o wysuwie jednostronnym?

Odpowiedź:
Zamawiający nie dopuszcza szafki przyłóżkowej z szufladą o wysuwie jednostronnym.

Pytanie 9:
Pakiet II
Czy Zamawiający dopuści szafkę przyłóżkową z tworzywowymi kółkami, co nie wpływa na walory użytkowe szafki?

Odpowiedź:
Zamawiający wymaga aby kółka montowane do szafki posiadały trzpień metalowy wkładany do szafki. Same kółka mogą być tworzywowe. Tym samym zmianie ulegną zapisy SIWZ w załączniku nr 3/II do SIWZ

Pytania z dnia 29.12.2020 r.

Pytanie 10:
Pakiet III pkt 2
Prosimy o dopuszczenie maty ślizgowej z uchwytami przeznaczonej do przesuwania pacjenta w płaszczyźnie poziomej np. z łózka na wózek.

Odpowiedź:
Zamawiający dopuszcza matę ślizgową z uchwytami przeznaczonej do przesuwania pacjenta w płaszczyźnie poziomej np. z łózka na wózek. Musi ona jednak posiadać usztywnienie.

Pytanie 11:
Pakiet III pkt 3 i 4
Prosimy o dopuszczenie maty wykonanej w 100% z poliestru

Odpowiedź:
Zamawiający dopuszcza matę wykonaną z poliestru. Musi natomiast być miękka wkładka z pianki. Tym samym zmianie ulegną zapisy SIWZ w załączniku nr 3/III do SIWZ

Pytanie 12:
Pakiet III pkt 5
Prosimy o dopuszczenie 8 uchwytów z polipropylenu

Odpowiedź:
Zamawiający dopuszcza 8 uchwytów z polipropylenu Tym samym zmianie ulegną zapisy SIWZ w załączniku nr 3/III do SIWZ

Pytanie 13:
Pakiet III pkt 6
Prosimy o dopuszczenie wymiarów 90x200 cm

Odpowiedź:
Zamawiający dopuszcza wymiary 90x200 cm Tym samym zmianie ulegną zapisy SIWZ w załączniku nr 3/III do SIWZ

Pytanie 14:
Pakiet III pkt 7
Prosimy o dopuszczenie nośności 160 kg

Odpowiedź:
Zamawiający dopuszcza nośność 160 kg. Tym samym zmianie ulegną zapisy SIWZ w załączniku nr 3/III do SIWZ

Pytanie 15:
Pakiet IV pkt 4
Prosimy o dopuszczenie średnicy 42 cm

Odpowiedź:
Zamawiający dopuszcza średnicę 42 cm. Tym samym zmianie ulegną zapisy SIWZ w załączniku nr 3/IV do SIWZ

Pytanie 16:
Pakiet IV pkt 5
Prosimy o dopuszczenie wagi 1,7 kg

Odpowiedź:
Zamawiający dopuszcza wagę 1,7 kg. Tym samym zmianie ulegną zapisy SIWZ w załączniku nr 3/IV do SIWZ.

Pytanie 17:
Pakiet IV
Czy przyrząd ma mieć zintegrowany uchwyt do przenoszenia?

Odpowiedź:
Zamawiający wymaga aby przyrząd miał zintegrowany uchwyt do przenoszenia. Tym samym zmianie ulegną zapisy SIWZ w załączniku nr 3/IV do SIWZ.

Pytania z dnia 30.12.2020 r.

Pytanie 18:
Pakiet I
Czy Zamawiający dopuści łóżka bez tworzywowej osłony podwozia?

Odpowiedź:
Zamawiający wymaga tworzywowej osłony podwozia.

Pytanie 19:
Pakiet I
Czy Zamawiający dopuści łóżka z nożną hydrauliczną regulacją wysokości w zakresie 405-805mm +/- 10mm?

Odpowiedź:
Zamawiający dopuszcza łóżko z nożną hydrauliczną regulacją wysokości w zakresie 405-805mm +/- 10mm. Tym samym zmianie ulegną zapisy SIWZ w załączniku nr 3/I do SIWZ.

Pytanie 20:
Pakiet I
Czy Zamawiający dopuści łóżka wyposażone w poręcze boczne odejmowane od ramy leża z użyciem narzędzi?

Odpowiedź:
Zamawiający nie dopuszcza łóżka wyposażonego w poręcze boczne odejmowane od ramy leża z użyciem narzędzi

Pytanie 21:
Pakiet I
Czy Zamawiający dopuści łóżka wyposażone w poręcze boczne montowane w specjalnych tulejach pod ramą leża, demontowalne bez użycia narzędzi za pomocą specjalnych pokręteł dołączonych do barierek? Ten sposób montażu gwarantuje stabilność barierek i ogranicza ich chybotliwość.

Odpowiedź:
Zamawiający nie dopuszcza łóżka wyposażonego w poręcze boczne montowane w specjalnych tulejach pod ramą leża, demontowalne bez użycia narzędzi za pomocą specjalnych pokręteł dołączonych do barierek

Pytanie 22:
Pakiet I
Czy Zamawiający dopuści łóżka niewyposażone w listwy odbojowe?

Odpowiedź:
Zamawiający odstępuje od wymogu listw odbojowych. Tym samym zmianie ulegną zapisy SIWZ w załączniku nr 3/I do SIWZ.

Pytanie 23:
Pakiet II
Czy Zamawiający dopuści stoliki przyłóżkowe ze stolikiem bocznym obrotowym?

Odpowiedź:
Zamawiający nie dopuszcza stolików przyłóżkowych ze stolikiem bocznym obrotowym.

Pytanie 24:
Pakiet VI
Czy Zamawiający dopuści wózki wyposażone w barierki składane z aluminium, stali węglowej i tworzywa sztucznego?

Odpowiedź:
Zamawiający nie dopuszcza wózków wyposażonych w barierki składane z aluminium, stali węglowej i tworzywa sztucznego

Pytanie 25:
Pakiet VI
Czy Zamawiający dopuści wózki wyposażone szczyty wykonane ze stali węglowej pokrytej powłoką chromo-niklową wypełnione płytą HPL?

Odpowiedź:
Zamawiający nie dopuszcza wózków wyposażonych szczyty wykonane ze stali węglowej pokrytej powłoką chromo-niklową wypełnione płytą HPL

Pytanie 26:
Pakiet VI
Czy Zamawiający dopuści wózki z regulacją hydrauliczną w zakresie 62-92cm?

Odpowiedź:
Zamawiający dopuszcza wózki z regulacją hydrauliczną w zakresie 62-92cm. Tym samym zmianie ulegną zapisy SIWZ w załączniku nr 3/VI do SIWZ.

Pytanie 27:
Pakiet VI
Czy Zamawiający dopuści wózki o masie (wadze) 140 kg +/- 2 kg?

Odpowiedź:
Zamawiający nie dopuszcza wózka o wadze 140 kg.

Pytanie 28:
Pakiet VIII
Czy Zamawiający dopuści wózek, w którym regulacja pozycji Trendelenburga i anty-Trendelenburga dokonywana jest za pomocą siłowników hydraulicznych przy użyciu klarownie oznaczonych pedałów nożnych?

Odpowiedź:
Zamawiający nie dopuszcza wózka w którym regulacja pozycji Trendelenburga i anty-Trendelenburga dokonywana jest za pomocą siłowników hydraulicznych.

Pytanie 29:
Pakiet VIII
Czy Zamawiający dopuści wózek wyposażone w 4 koła jezdne pojedyncze fi 150mm oraz wyposażony w 5 koło ułatwiające manewrowanie wózkiem?

Odpowiedź:
Zamawiający nie dopuszcza wózka wyposażonego w 4 koła jezdne pojedyncze fi 150mm oraz wyposażony w 5 koło ułatwiające manewrowanie wózkiem.

Pytanie 30:
Pakiet VIII
Czy Zamawiający dopuści wózek bez listwy aluminiowej wzdłuż leża z przesuwnymi uchwytami?

Odpowiedź:
Zamawiający nie dopuszcza wózka bez listwy aluminiowej wzdłuż leża z przesuwnymi uchwytami.

Pytanie 31:
Pakiet VIII
Czy Zamawiający dopuści wózek wyposażony w jednoosiowe krążki odbojowe?

Odpowiedź:
Zamawiający dopuszcza wózek wyposażony w jednoosiowe krążki odbojowe. Tym samym zmianie ulegną zapisy SIWZ w załączniku nr 3/VIII do SIWZ.

Pytanie 32:
Pakiet VIII
Czy Zamawiający dopuści wózek o długości całkowitej 2100mm +/- 10mm?

Odpowiedź:
Zamawiający dopuszcza wózek o długości całkowitej 2100mm +/- 10mm. Tym samym zmianie ulegną zapisy SIWZ w załączniku nr 3/VIII do SIWZ.

Pytanie 33:
Pakiet VIII
Czy Zamawiający dopuści wózek o regulacji wysokości leża w zakresie 620-920mm +/-10mm?

Odpowiedź:
Zamawiający dopuszcza wózek o regulacji wysokości leża w zakresie 620-920mm +/-10mm. Tym samym zmianie ulegną zapisy SIWZ w załączniku nr 3/VIII do SIWZ.

Pytanie 34:
Pakiet IX
Czy Zamawiający dopuści kozetki bez wycięć na twarz w podgłówku oraz w leżu na twarz pacjenta z zatyczką?

Odpowiedź:
Zamawiający nie dopuszcza kozetki bez wycięć na twarz w podgłówku oraz w leżu na twarz pacjenta z zatyczką.

Pytanie 35:
Pakiet IX
Czy Zamawiający dopuści kozetki o szerokości 550mm +/- 10mm?

Odpowiedź:
Zamawiający nie dopuszcza kozetki o szerokości 550mm +/- 10mm.

Pytania z dnia 05.01.2021 r.

Pytanie 36:
Pakiet X
Proszę o wyjaśnienie jak ma być osadzona półka na prowadnicach?
Czy półki mają się wysuwać z szafy jak szuflady? Czy regulacja półki ma polegać na przełożeniu półki wraz z kompletem prowadnic?
Czy mogą Państwo dołączyć przykładowe zdjęcie proponowanej szafy?

Odpowiedź:
Półki w szafach mają być metalowe. Muszą wysuwać się z szafy jak szuflady. Regulacja półki ma polegać przełożeniu półki wraz z kompletem prowadnic. Tym samym zmianie ulegną zapisy SIWZ w załączniku nr 3/X do SIWZ.

Pytanie 37:
Pakiet I
Czy Zamawiający dopuści do zaoferowania łóżko szpitalne posiadające leże o wymiarach 2000mm x 850 mm?

Odpowiedź:
Zamawiający nie dopuszcza łóżka o szerokości 850 mm.

Pytanie 38:
Pakiet I
Czy Zamawiający dopuści do zaoferowania łóżka szpitalne wielofunkcyjne wyposażone w barierki boczne składne wzdłuż ramy leża poprzez odciągnięcie mechanizmu blokującego oraz lekkie przesunięcie jej w kierunku nóg pacjenta zgodnie z normą bezpieczeństwa EN 60601-2-52?

Odpowiedź:
Zamawiający dopuszcza łóżka wyposażone w barierki boczne składne wzdłuż ramy leża poprzez odciągnięcie mechanizmu blokującego oraz lekkie przesunięcie jej w kierunku nóg pacjenta zgodnie z normą bezpieczeństwa EN 60601-2-52 lub równoważną. Tym samym zmianie ulegną zapisy SIWZ w załączniku nr 3/I do SIWZ.

Pytanie 39:
Pakiet I
Czy Zamawiający dopuści do zaoferowania łóżka szpitalne posiadające szczyty wykonane ze stali malowanej proszkowo?

Odpowiedź:
Zamawiający nie dopuszcza łóżka posiadającego szczyty wykonane ze stali malowanej proszkowo

Pytanie 40:
Pakiet I
Czy Zamawiający dopuści do zaoferowania łóżka szpitalne wykonane ze stali nierdzewnej?

Odpowiedź:
Zamawiający dopuszcza łóżka wykonane ze stali nierdzewnej.

Pytanie 41:
Pakiet I
Czy Zamawiający dopuści do zaoferowania łóżka szpitalne posiadające szczyty wypełnione płytą HPL o grubości 6 mm?

Odpowiedź:
Zamawiający nie dopuszcza łóżka posiadającego szczyty wypełnione płytą HPL o grubości 6 mm.

Pytanie 42:
Pakiet I
Czy Zamawiający dopuści do zaoferowania łóżka szpitalne posiadające szczyty bez możliwości demontażu z nich płyty HPL?

Odpowiedź:
Zamawiający nie dopuszcza łóżka posiadającego szczyty bez możliwości demontażu z nich płyty HPL.

Pytanie 43:
Pakiet I
Czy Zamawiający dopuści do zaoferowania łóżka szpitalne posiadające szczyty szybko i łatwo wyjmowane w przypadku wykonywania reanimacji pacjenta, szczyty osadzone w tulejach pewnie posadowione w gniazdach w ramie bez potrzeby stosowania dodatkowych blokad przed wypadnięciem w trakcie transportu?

Odpowiedź:
Zamawiający wymaga aby szczyty mogły być demontowane bez konieczności użycia narzędzi.

Pytanie 44:
Pakiet I
Czy Zamawiający dopuści do zaoferowania łóżka szpitalne posiadające tylko krążki odbojowe w narożnikach łóżka?

Odpowiedź:
Zamawiający odstępuje od wymogu listw odbojowych. Tym samym zmianie ulegną zapisy SIWZ w załączniku nr 3/I do SIWZ.

Pytanie 45:
Pakiet I
Czy Zamawiający dopuści do zaoferowania łóżka szpitalne nie posiadające drabinki szczebelkowej do podciągania się pacjenta ?

Odpowiedź:
Zamawiający wymaga łóżka wyposażonego w drabinkę szczebelkową.

Pytanie 46:
Pakiet II
Czy Zamawiający dopuści do zaoferowania szafkę przyłóżkową posiadającą stolik do karmienia składany do boku szafki – stolik można pochylić, a także regulować jego wysokość przy pomocy sprężyny gazowej?

Odpowiedź:
Zamawiający wymaga szafki przyłóżkowej ze stolikiem do karmienia składanym do boku szafki z regulacją za pomocą sprężyny gazowej. Tym samym zmianie ulegną zapisy SIWZ w załączniku nr 3/II do SIWZ.

Pytanie 47:
Pakiet II
Czy Zamawiający dopuści do zaoferowania szafkę przyłóżkową posiadającą cztery podwójne koła tworzywowe z bieżnikiem nie brudzącym podłoża – wszystkie cztery są blokowane?

Odpowiedź:
Zamawiający wymaga aby kółka montowane do szafki posiadały trzpień metalowy wkładany do szafki. Same kółka mogą być tworzywowe. Zamawiający wymaga blokady indywidualnej dwóch kół. Tym samym zmianie ulegną zapisy SIWZ w załączniku nr 3/II do SIWZ

Pytanie 48:
Pakiet II
Czy Zamawiający dopuści do zaoferowania szafkę przyłóżkową posiadającą szufladę dwustronnie wysuwana na prowadnicach rolkowych?

Odpowiedź:
Zamawiający dopuszcza szafkę z szufladą na prowadnicach rolkowych. Tym samym zmianie ulegną zapisy SIWZ w załączniku nr 3/II do SIWZ

Pytanie 49:
Pakiet VI
Czy Zamawiający dopuści do zaoferowania wózek do przewozu pacjentów z czterema pojedynczymi kołami z centralna blokada jazdy i kołem kierunkowym?

Odpowiedź:
Zamawiający nie dopuszcza wózka z czterema pojedynczymi kołami z centralną blokadą jazdy i kołem kierunkowym.

Pytanie 50:
Pakiet VI
Czy Zamawiający dopuści do zaoferowania wózek do przewozu pacjentów o wadze całkowitej około 90 kg?

Odpowiedź:
Zamawiający dopuszcza wózek do przewozu pacjentów o wadze całkowitej około 90 kg. Tym samym zmianie ulegną zapisy SIWZ w załączniku nr 3/VI do SIWZ

Pytanie 51:
Pakiet VII
Czy Zamawiający dopuści do zaoferowania wózek- wannę nie posiadający podkładów ślizgowych do przemieszczania pacjenta?

Odpowiedź:
Zamawiający nie dopuszcza wózka-wanny nie posiadającego podkładów ślizgowych.

Pytanie 52:
Pakiet VII
Czy Zamawiający dopuści do zaoferowania wózek- wannę o długości całkowitej 1920 mm?

Odpowiedź:
Zamawiający dopuszcza wózek-wannę o długości całkowitej 1920 mm. Tym samym zmianie ulegną zapisy SIWZ w załączniku nr 3/VII do SIWZ

Pytanie 53:
Pakiet VII
Czy Zamawiający dopuści do zaoferowania wózek- wannę o szerokości wanny po dnie 620 mm ?

Odpowiedź:
Zamawiający dopuszcza wózek-wannę o szerokości wanny po dnie 620 mm. Tym samym zmianie ulegną zapisy SIWZ w załączniku nr 3/VII do SIWZ

Pytanie 54:
Pakiet VII
Czy Zamawiający dopuści do zaoferowania wózek- wannę o wadze 80 kg?

Odpowiedź:
Zamawiający dopuszcza wózek-wannę o wadze 80 kg. Tym samym zmianie ulegną zapisy SIWZ w załączniku nr 3/VII do SIWZ.

Pytanie 55:
Pakiet VIII
Czy Zamawiający dopuści do zaoferowania wózek do przewozu pacjentów z czterema pojedynczymi kołami z centralna blokada jazdy i kołem kierunkowym?

Odpowiedź:
Zamawiający nie dopuszcza wózka do przewozu pacjentów z czterema pojedynczymi kołami z centralna blokada jazdy i kołem kierunkowym

Pytanie 56:
Pakiet VIII
Czy Zamawiający dopuści do zaoferowania wózek do przewozu pacjentów posiadający jednoosiowe krążki odbojowe?

Odpowiedź:
Zamawiający dopuszcza wózek wyposażony w jednoosiowe krążki odbojowe. Tym samym zmianie ulegną zapisy SIWZ w załączniku nr 3/VIII do SIWZ.

Pytanie 57:
Pakiet VIII
Czy Zamawiający dopuści do zaoferowania wózek do przewozu pacjentów o wymiarach całkowitych 2090 mm x 790 mm?

Odpowiedź:
Zamawiający dopuszcza wózek do przewozu pacjentów o wymiarach całkowitych 2090 mm x 790 mm. Tym samym zmianie ulegną zapisy SIWZ w załączniku nr 3/VIII do SIWZ.

Pytanie 58:
Pakiet VIII
Czy Zamawiający dopuści do zaoferowania wózek do przewozu pacjentów z regulacją wysokości w zakresie 570 -810 mm?

Odpowiedź:
Zamawiający dopuszcza wózek do przewozu pacjentów z regulacją wysokości w zakresie 570 -810 mm. Tym samym zmianie ulegną zapisy SIWZ w załączniku nr 3/VIII do SIWZ.

Pytanie 59:
Pakiet VIII
Czy Zamawiający dopuści do zaoferowania wózek do przewozu pacjentów z kątem przechyłu Trendelenburga 0°-20°?

Odpowiedź:
Zamawiający dopuszcza do zaoferowania wózek do przewozu pacjentów z kątem przechyłu Trendelenburga 0°-20°. Tym samym zmianie ulegną zapisy SIWZ w załączniku nr 3/VIII do SIWZ.

Pytanie 60:
Pakiet VIII
Czy Zamawiający dopuści do zaoferowania wózek do przewozu pacjentów nie posiadający możliwości odchylenia segmentu uda

Odpowiedź:
Zamawiający nie dopuszcza wózka do przewozu pacjentów nie posiadającego możliwości odchylenia segmentu uda.

Pytanie 61:
Pakiet VIII
Czy Zamawiający dopuści do zaoferowania wózek do przewozu pacjentów z leżem dwusegmentowym

Odpowiedź:
Zamawiający nie dopuszcza wózka do przewozu pacjentów z leżem dwusegmentowym.

Pytanie 62:
Pakiet IX
Czy Zamawiający dopuści do zaoferowania kozetki nie posiadające uchwytów do zamówienia pasów stabilizacyjnych?

Odpowiedź:
Zamawiający nie dopuszcza kozetki nie posiadającej uchwytów do zamocowania pasów stabilizacyjnych.

Pytanie 63:
Pakiet IX
Czy Zamawiający dopuści do zaoferowania kozetki z wycięciem na twarz tylko w podgłówku?

Odpowiedź:
Zamawiający nie dopuszcza kozetki z wycięciem na twarz tylko w podgłówku.

Pytanie 64:
Pakiet IX
Czy Zamawiający dopuści do zaoferowania kozetki bez zatyczki wycięcia na twarz?

Odpowiedź:
Zamawiający nie dopuszcza kozetki bez zatyczki wycięcia na twarz.

Pytanie 65:
Pakiet IX
Czy Zamawiający dopuści do zaoferowania kozetki o długości 190 cm?

Odpowiedź:
Zamawiający określił długość kozetki w zakresie 180 cm (+/- 15 cm), podany wymiar mieści się w tym zakresie.

Pytanie 66:
Pakiet IX
Czy Zamawiający dopuści do zaoferowania kozetki o szerokości 55 cm?

Odpowiedź:
Zamawiający nie dopuszcza kozetki o szerokości 55 cm.

Pytanie 67:
Pakiet IX
Czy Zamawiający dopuści do zaoferowania kozetki bez możliwości regulacji wysokości, stała wysokość kozetki wynosi 550 cm?

Odpowiedź:
Zamawiający nie dopuszcza kozetki bez możliwości regulacji wysokości.

Pytanie 68:
Pakiet IX
Czy Zamawiający dopuści do zaoferowania kozetki z obciążeniem do 180 kg?

Odpowiedź:
Zamawiający dopuszcza kozetkę z obciążeniem do 180 kg. Tym samym zmianie ulegną zapisy SIWZ w załączniku nr 3/IX do SIWZ.

Pytanie 69:
Pakiet IX
Czy Zamawiający dopuści do zaoferowania kozetki o wadze około 45 kg?

Odpowiedź:
Zamawiający dopuszcza kozetkę o wadze około 45 kg. Tym samym zmianie ulegną zapisy SIWZ w załączniku nr 3/IX do SIWZ.

Pytanie 70:
Zwracam się z prośba do Zamawiającego o podanie terminu płatności za zamówienie?

Odpowiedź:
Termin płatności przedmiotu zamówienia podaje Wykonawca w formularzu oferta (Załącznik nr 1 do SIWZ str. 1/8) w punkcie 6 jednak nie mniej niż 14 dni i nie więcej niż 60 dni.

Pytania z dnia 07.01.2021 r.

Pytanie 71:
Pakiet I pkt 6
Czy Zamawiający dopuści łóżko bez tworzywowej osłony podwozia, co jest nie potrzebne przy tego typu łózek ?

Odpowiedź:
Zamawiający wymaga tworzywowej osłony podwozia.

Pytanie 72:
Pakiet I pkt 7
Czy Zamawiający dopuści łóżko, gdzie regulacja wysokości jest elektryczna za pomocą pilota ?

Odpowiedź:
Zamawiający nie dopuszcza łóżka z elektryczną regulacją wysokości.

Pytanie 73:
Pakiet I pkt 11
Czy Zamawiający dopuści szczyty łóżka wykonane z całości z ABS ?

Odpowiedź:
Zamawiający nie dopuszcza łóżka w którym szczyty wykonane są w całości z ABS.

Pytanie 74:
Pakiet I pkt 11
Czy Zamawiający dopuści łóżko, gdzie szczyty są stalowe pokryte lakierem proszkowym wypełnione płytą HPL o grubości min. 6 mm ?

Odpowiedź:
Zamawiający nie dopuszcza łóżka posiadającego szczyty wypełnione płytą HPL o grubości 6 mm.

Pytanie 75:
Pakiet II pkt 4, 6
Czy Zamawiający dopuści szafkę jednostronną z dwoma szufladami, gdzie dolna w postaci konteneru, zaś dwustronność uzyskiwana jest za pomocą przekładanego blatu bocznego ?

Odpowiedź:
Zamawiający nie dopuszcza powyższego rozwiązania.

Pytanie 76:
Pakiet II pkt 7
Czy Zamawiający dopuści kółka tworzywowe, gdzie dwa koła z blokadą ?

Odpowiedź:
Zamawiający wymaga aby kółka montowane do szafki posiadały trzpień metalowy wkładany do szafki. Same kółka mogą być tworzywowe. Tym samym zmianie ulegną zapisy SIWZ w załączniku nr 3/II do SIWZ

Pytanie 77:
Pakiet II pkt 8
Czy Zamawiający dopuści blat szafki wykonanej z płyty HPL?

Odpowiedź:
Zamawiający wymaga blatu szafki z płyty HPL. Tym samym zmianie ulegną zapisy SIWZ w załączniku nr 3/II do SIWZ.

Pytanie 78:
Pakiet I
Czy Zamawiający w pkt 3 parametrów technicznych dopuści łóżko szpitalne o wymiarach leża 2000 x 850 mm? Różnica w szerokości jest minimalna i nie ma najmniejszego wpływu na funkcjonalność łóżka.

Odpowiedź:
Zamawiający nie dopuszcza łóżka o szerokości 850 mm.

Pytanie 79:
Pakiet I
Czy Zamawiający w pkt 4 parametrów technicznych dopuści łóżko szpitalne posiadające podstawę łóżka jezdną wyposażoną w cztery koła o średnicy 150 mm? Jest to parametr lepszy od wymaganego, znacząco poprawiający mobilność łóżka.

Odpowiedź:
Zamawiający wymaga łóżek o minimalnej średnicy koła 120 mm. Tym samym zmianie ulegną zapisy SIWZ w załączniku nr 3/I do SIWZ

Pytanie 80:
Pakiet I
Czy Zamawiający w pkt 6 parametrów technicznych dopuści łóżko nie posiadające tworzywowej osłony podwozia? W przypadku łóżek posiadających nożną pompę hydrauliczną osłona ta nie ma większego znaczenia funkcjonalnego.

Odpowiedź:
Zamawiający wymaga tworzywowej osłony podwozia.

Pytanie 81:
Pakiet I
Czy Zamawiający w pkt 7 parametrów technicznych dopuści łóżko posiadające nożną pompę hydrauliczną do regulacji wysokości w zakresie od 395 mm do 785 mm?

Odpowiedź:
Zamawiający dopuszcza łóżko posiadające nożną pompę hydrauliczną do regulacji wysokości w zakresie od 395 mm do 785 mm. Tym samym zmianie ulegną zapisy SIWZ w załączniku nr 3/I do SIWZ

Pytanie 82:
Pakiet I
Czy Zamawiający w pkt 10 parametrów technicznych dopuści łóżko posiadające barierki boczne lakierowane proszkowo składane wzdłuż ramy leża za pomocą jednej dźwigni z możliwością demontażu bez narzędzi spełniające normę EN 60601-2-52?

Odpowiedź:
Zamawiający dopuszcza łóżko posiadające barierki boczne lakierowane proszkowo składane wzdłuż ramy leża za pomocą jednej dźwigni z możliwością demontażu bez narzędzi spełniające normę EN 60601-2-52 lub równoważną. Tym samym zmianie ulegną zapisy SIWZ w załączniku nr 3/I do SIWZ

Pytanie 83:
Pakiet I
Czy Zamawiający w pkt 11-12 parametrów technicznych dopuści łóżko posiadające szczyty wykonane w całości, stanowiące jednolity odlew w technologii Rotomuldingu, bez miejsc łączenia będących miejscami gnieżdżenia się brudu oraz będących potencjalnym ogniskiem infekcji, wykonane z tworzywa z kolorowymi wklejkami. Szczyty łóżka szybko wyjmowane bez użycia narzędzi?

Odpowiedź:
Zamawiający nie dopuszcza aby szczyty łóżka były wykonane z tworzywa.

Pytanie 84:
Pakiet I
Czy Zamawiający w pkt 13 parametrów technicznych dopuści łóżko posiadające w narożnikach leża 4 krążki odbojowe. Ich usytuowanie oraz konstrukcja łóżka zabezpiecza łóżko i ściany przed uszkodzeniami?

Odpowiedź:
Zamawiający odstępuje od wymogu listw odbojowych. Tym samym zmianie ulegną zapisy SIWZ w załączniku nr 3/I do SIWZ.

Pytanie 84:
Pakiet II
Czy Zamawiający w pkt 8 parametrów technicznych dopuści stolik przyłóżkowy posiadający blaty (główny i boczny) wykonane z tworzywa ABS w kolorze białym z wystającymi, zaokrąglonymi krawędziami ułatwiającymi utrzymanie przedmiotów.

Odpowiedź:
Zamawiający wymaga blatu szafki z płyty HPL w kolorze do uzgodnienia.

Z poważaniem:

Kierownik Zamówień Publicznych
Anna Skandy