SAMODZIELNY PUBLICZNY ZAKŁAD OPIEKI ZDROWOTNEJ
SZPITAL PSYCHIATRYCZNY
44-180 Toszek ul. Gliwicka 5

Toszek, 18.01.2021 r.

dotyczy: postępowania nr 21/PN/DEG/AS/2020 na dostawę łóżek, stolików przyłóżkowych, akcesoriów do przemieszczania pacjentów oraz mebli medycznych dla potrzeb SP ZOZ Szpitala Psychiatrycznego w Toszku w ramach projektu współfinansowanego przez Unię Europejską ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego dla Województwa Śląskiego na lata 2014-2020. Nazwa projektu „Zdrowy Pracownik- Aktywny Pracownik- Sprawny Szpital- etap II"

Na podstawie art. 38 ust. 2 ustawy Prawo zamówień publicznych z dnia 29 stycznia 2004 r. (tekst jednolity Dz.U. 2019 poz. 1843 z późn. zm.) Zamawiający udostępnia treść zapytań odnośnie Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia wraz z wyjaśnieniami:

Pytania z dnia 18.01.2021 r.

Pytanie 1:
Pakiet X i XI
Czy Zamawiający zrezygnuje z wymogu posiadania certyfikatu CE dla wyrobów z tych pakietów? Przedmiotem zamówienia, w tym wypadku, nie są wyroby medyczne.

Odpowiedź:
Zamawiający wymaga certyfikatu CE lub równoważnego dla wszystkich pakietów. W przypadku braku takiego certyfikatu w zakresie pakietów X i XI Zamawiający wymaga oświadczenia wykonawcy o braku wymogu certyfikatu CE dla danego pakietu. Tym samym zmianie ulegną zapisy SIWZ w załączniku nr 3/X i 3/XI do SIWZ

Pytanie 2:
Pakiet XI
Czy Zamawiający dopuści wysokiej klasy szafę na dokumentację medyczną, powszechnie stosowaną przez polska służbę zdrowia i spełniającą pozostałe wymagania SIWZ, w której wewnętrzne wymiary szuflad to: 235 mm (wysokość), 318 mm (szerokość) i 500 mm (głębokość)? Proponowany wyrób nieznacznie odbiega od opisanego w SIWZ, przy czym zachowuje w pełni funkcjonalność, a jego dopuszczenie podniesie konkurencyjność procedury.

Odpowiedź:
Zamawiający nie dopuszcza szaf na dokumentację medyczną o głębokości wewnętrznej szuflady 500 mm.

Pytanie 3:
Pakiet VI
Czy Zamawiający dopuści wysokiej klasy wózek do transportu pacjentów o parametrach identycznych w wymaganymi z wyjątkiem całkowitej szerokości, która wynosi 88 cm i nieznacznie odbiega od dopuszczonej? Wyrób jest łatwy w manewrowaniu i ma taką samą funkcjonalność jak opisany, ponieważ może przejechać przez drzwi o tej samej szerokości, co wózek dopuszczony przez Zamawiającego.

Odpowiedź:
Zamawiający dopuszcza wózek o całkowitej szerokości 88 cm. Tym samym zmianie ulegną zapisy SIWZ w załączniku nr 3/VI do SIWZ

Z poważaniem:

Kierownik Zamówień Publicznych
Anna Skandy