SAMODZIELNY PUBLICZNY ZAKŁAD OPIEKI ZDROWOTNEJ
SZPITAL PSYCHIATRYCZNY
44-180 Toszek ul. Gliwicka 5

Toszek, 11.01.2021 r.

dotyczy: *postępowania nr 21/PN/DEG/AS/2020 na dostawę łóżek, stolików przyłóżkowych, akcesoriów do przemieszczania pacjentów oraz mebli medycznych dla potrzeb SP ZOZ Szpitala Psychiatrycznego w Toszku w ramach projektu współfinansowanego przez Unię Europejską ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego dla Województwa Śląskiego na lata 2014-2020. Nazwa projektu „Zdrowy Pracownik- Aktywny Pracownik- Sprawny Szpital- etap II"*

Na podstawie art. 38 ust. 4 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych (tekst jednolity Dz.U. 2019 poz. 1843 z późn. zm.). Zamawiający dokonuje modyfikacji treści Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia. Zmianie ulegają następujące zapisy SIWZ:

- Załącznik nr 3/I do SIWZ str. 1/2 – **zmieniona zostaje pozycja 4, 7, 10 i 13**

L.p.	*Parametry wymagane (opis funkcji wymaganego parametru)*	*Parametry oferowane (podać zakres lub opisać)*
4	Podstawa łóżka jezdna wyposażona w cztery koła o średnicy **min 120 mm**	
7	Nożna pompa hydrauliczna do regulacji wysokości w zakresie **od 400 mm do 800 mm (+/- 50 mm)**	
10	Barierki boczne lakierowane proszkowo składane wzdłuż ramy leża za pomocą jednego przycisku lub **jednej dźwigni** z możliwością demontażu bez narzędzi **lub poprzez odciągnięcie mechanizmu blokującego oraz lekkie przesunięcie jej w kierunku nóg pacjenta** spełniające normę EN 60601-2-52 lub równoważną	
13	W narożnikach leża 4 krążki odbojowe	

- Załącznik nr 3/II do SIWZ str. 1/1 – **zmieniona zostaje pozycja 2, 6,7 i 8 oraz dodana zostaje pozycja 11 i 12**

L.p.	*Parametry wymagane (opis funkcji wymaganego parametru)*	*Parametry oferowane (podać zakres lub opisać)*
2	Wysuwany stolik do karmienia – blat boczny z regulowaną wysokością **składany do boku szafki z regulacją za pomocą sprężyny gazowej**	
6	Szuflada na prowadnicach kulkowych **lub rolkowych,** otwierana w dwie strony	
7	**Szafka na czterech kółkach, dwa koła z blokadą indywidualną. Kółka mogą być metalowe lub tworzywowe jednak kółka montowane do szafki**	

	muszą posiadać trzpień metalowy wkładany do szafki	
8	Blaty szafki z **płyty HPL** w kolorze do uzgodnienia	
11	**Wyjmowany wkład tworzywowy w szufladzie**	
12	**Szuflada zabezpieczona przed przypadkowym całkowitym wysunięciem**	

Tym samym zmianie ulegnie numeracja pakietu nr II. Ilość pozycji w tym pakiecie zmieni się z 10 na 12 pozycji.

- Załącznik nr 3/III do SIWZ str. 1/1 – **zmieniona zostaje pozycja 4, 5, 6 i 7**

L.p.	*Parametry wymagane (opis funkcji wymaganego parametru)*	*Parametry oferowane (podać zakres lub opisać)*
4	Spodnia warstwa wykonana z ultra śliskiej i mocnej tkaniny PES **(poliester)**	
5	Min. 6 uchwytów – taśma poliestrowa **lub polipropylenowa**	
6	Wymiary po rozłożeniu: 53 x 150 cm **(+/- 50 cm)**	
7	Dopuszczalne obciążenie: **min. 160 kg**	

- Załącznik nr 3/IV do SIWZ str. 1/1 – **zmieniona zostaje pozycja 4, 5 i dodana zostaje pozycja 8**

L.p.	*Parametry wymagane (opis funkcji wymaganego parametru)*	*Parametry oferowane (podać zakres lub opisać)*
4	Średnica krążka **min. 310 mm**	
5	Waga transferu obrotowego **do 2 kg**	
8	**Zintegrowany uchwyt do przenoszenia**	

Tym samym zmianie ulegnie numeracja pakietu nr IV. Ilość pozycji w tym pakiecie zmieni się z 7 na 8 pozycji.

- Załącznik nr 3/VI do SIWZ str. 1/1 – **zmieniona zostaje pozycja 11, 12 i 14**

L.p.	*Parametry wymagane (opis funkcji wymaganego parametru)*	*Parametry oferowane (podać zakres lub opisać)*
11	Całkowita szerokość wózka **80 cm (+/- 5 cm)**	
12	Całkowita wysokość wózka od 57 cm do 99 cm **(+/- 10 cm)**	
14	Waga wózka max. **90 kg**	

- Załącznik nr 3/VII do SIWZ str. 1/1 – **zmieniona zostaje pozycja 8, 11 i 13**

L.p.	*Parametry wymagane (opis funkcji wymaganego parametru)*	*Parametry oferowane (podać zakres lub opisać)*
8	Długość całkowita wózka 203cm **(+/- 15 cm)**	
11	Szerokość wanny po dnie 56 cm **(+/- 6 cm)**	
13	Waga wózka max. **80 kg**	

- Załącznik nr 3/VIII do SIWZ str. 2/2 – **zmieniona zostaje pozycja 15, 16, 17, 18 i 19**

L.p.	*Parametry wymagane (opis funkcji wymaganego parametru)*	*Parametry oferowane (podać zakres lub opisać)*
15	Dwuosiowe **lub jednoosiowe** krążki odbojowe	
16	Długość całkowita wózka 2170 mm **(+/- 100 mm)**	

17	Szerokość całkowita wózka **760 mm (+/- 100 mm)**	
18	Zakres regulacji wysokości leża 450-800 mm **(+/- 200 mm)**	
19	Kąt przechyłu Trendelenburga **0° - 20° (+/- 5°)**	

- Załącznik nr 3/IX do SIWZ str. 1/1 – **zmieniona zostaje pozycja 12 i 13**

L.p.	*Parametry wymagane (opis funkcji wymaganego parametru)*	*Parametry oferowane (podać zakres lub opisać)*
12	Waga max. **45 kg**	
13	Obciążenie kozetki min **180 kg**	

- Załącznik nr 3/X do SIWZ str. 1/1 – **zmieniona zostaje pozycja 3 i 5**

L.p.	*Parametry wymagane (opis funkcji wymaganego parametru)*	*Parametry oferowane (podać zakres lub opisać)*
3	4 regulowane półki **metalowe** osadzone na prowadnicach, udźwig min. 25 kg **Półki wysuwane , regulacja półek polegająca na przełożeniu półki wraz z kompletem prowadnic**	
5	Przeszklenie w drzwiach z szyby **bezpiecznej** klejonej, grubość min. 4,2 mm	

Wprowadzone zmiany stanowią integralną część specyfikacji.

Z poważaniem:

Kierownik Zamówień Publicznych
Anna Skandy

Od dnia 11.01.2021 r. na stronie internetowej Zamawiającego (www.szpitaltoszek.pl) dostępna jest **zmodyfikowana treść Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia.**