

Toszek, dnia 29.09.2020r.

L. dz. DS/.....4272...../2020

dotyczy: *postępowania nr 63/DEG/MM/2020 na zakup mobilnej kabiny dezynfekcyjnej do dezynfekcji COVID-19 w ramach projektu „Modernizacja Sali terapii zajęciowej Oddziału Odwykowego Alkoholowego XIII w ramach zadań przeciwdziałania alkoholizmowi”*

Zamawiający udostępnia treść zapytań wraz z wyjaśnieniami:

Pytania z dnia 14.09.2020 r.

Pytanie 1

Na czym ma polegać "mobilność" kabiny zawarta w tytule zapytania?

Odpowiedź:

Mobilność kabiny zawarta w tytule zapytania polega na możliwości jej zastosowania w różnych miejscach w przypadku konieczności przeniesienia tzn. przemieszczania pomiędzy różnymi komórkami organizacyjnymi szpitala.

Pytanie 2

Czy akceptowalibyście Państwo parametry zasilania 230V/50Hz, 200W zamiast określonych w zapytaniu 800W?

Odpowiedź:

Tak, akceptujemy parametry zasilania 230V/50Hz, 200W zamiast 800W.

Pytanie 3

Czy wykrywanie sylwetki zamiast metody mikrofalowej jak w zapytaniu, może być realizowane poprzez podczerwień (fotokomórka)?

Odpowiedź:

Tak, dopuszczamy realizowanie wykrywania sylwetki poprzez podczerwień (fotokomórka).

Pytanie 4

Czy pojemność zbiornika z roztworem dezynfekcyjnym może wynosić 200 litrów?

Odpowiedź:


Tak, dopuszczamy zasobność pojemnika z roztworem dezynfekcyjnym o pojemności 200 litrów.

Pytanie 5

Czy kabina może mieć 16 dysz zamiast 4 dysz jak w zapytaniu?

Odpowiedź:

Tak, dopuszczamy wyposażenie kabiny w 16 dysz.



Pytanie 6

Czy akceptowalibyście Państwo zakres temperatury pracy od +1 st. Celsjusza (roztwór dezynfekcyjny w naszym rozwiązaniu przygotowywany jest na bazie wody wodociągowej)?

Odpowiedź:

Tak, akceptujemy zakres temperatury pracy od +1 do + 50 st. Celsjusza.

Pytanie 7

Czy kabina (bramka) może być pozbawiona drzwi? W profilaktyce koronawirusa COVID-19 dąży się do minimalizacji kontaktu osób z powierzchniami drzwi, klamek itp. stąd nasze rozwiązanie stanowi bramka przejściowa pozbawiona drzwi.

Odpowiedź:

Tak, dopuszczamy brak drzwi w kabinie.

Pytanie 8

Do czego mają służyć komendy głosowe w języku polskim, wyspecyfikowane z treści Państwa zapytania?

Odpowiedź:

Język komend głosowych powinien ułatwiać bezdotykową obsługę urządzenia. Pomoc w wejściu i wyjściu.

D Y R E K T O R
SP ZOZ SZPITALA PSYCHIATRYCZNEGO

Erwin Janysek