



Toszek, dn 02.02.2022 r

L. dz. DS/606/2022

ZAPYTANIE OFERTOWE
nr sprawy 5/DEG/WK/2022

1. **Zamawiający: SP ZOZ Szpital Psychiatryczny, ul. Gliwicka 5, 44-180 Toszek** zaprasza do złożenia propozycji ofertowej na:
2. **Przedmiot zamówienia: „Serwis techniczny analizatorów laboratoryjnych oraz dodatkowych urządzeń laboratoryjnych (przeglądy okresowe, naprawy) na okres jednego roku dla potrzeb Medycznego Laboratorium Diagnostycznego SP ZOZ Szpitala Psychiatrycznego w Toszku”, zgodnie z uszczegółowieniem zawartym w załączniku nr 1 do niniejszego zapytania.**

Postępowanie zostanie przeprowadzone z podziałem na 2 części:

Część 1	Analizatory Hematologiczne: AVL typ AL 816 i MYTHIC 18 oraz Mieszadło hematologiczne MH-900
Część 2	Analizator Biochemiczny ERBA XL-200, Fotometr BTS-330

Szczegółowo poniżej:

2.1. Część 1– Analizatory Hematologiczne: AVL typ AL 816 i MYTHIC 18 oraz Mieszadło hematologiczne MH-900

Przedmiot zamówienia w zakresie części 1 obejmuje serwis techniczny (przeglądy okresowe, naprawy) analizatorów Hematologicznych: AVL AL 816 (rok prod. 1998) oraz Mythic 18 (rok prod. 2010) oraz mieszadła hematologicznego MH-900 (rok prod. 1991) na okres jednego roku. Szczegółowo poniżej:

L.p.	Przedmiot zamówienia	Jedn. miary	Przewidywana ilość na okres trwania umowy (12 miesięcy)
1.	Serwis techniczny (naprawy, przeglądy) analizatorów hematologicznych: AVL Al 816, MYTHIC 18, mieszadła hematologicznego MH - 900	Roboczogodzina pracy serwisanta	50
2.	Dojazd serwisu	ilość dojazdów	12

2.2. Część 2– Analizator Biochemiczny XL-200 ERBA MANNHEIM, Fotometr BTS-330

Przedmiot zamówienia w zakresie części 2 obejmuje serwis techniczny (przeglądy okresowe, naprawy) analizatora Biochemicznego XL-200 ERBA MANNHEIM (rok prod. 2010), Fotometru BTS-330 (rok prod. 2002) na okres jednego roku. Szczegółowo poniżej:

L.p.	Przedmiot zamówienia	Jedn. miary	Przewidywana ilość na okres trwania umowy (12 miesięcy)
1.	Serwis techniczny (naprawy, przeglądy) urządzeń: Analizatora biochemicznego XL – 200 ERBA MANNHEIM * Fotometru BTS - 330	Roboczogodzina pracy serwisanta	75
2.	Dojazd serwisu	ilość dojazdów	15

* wymagany przegląd analizatora 2 razy w roku

3. Termin realizacji zamówienia: 12 miesięcy.

Umowy zostaną zawarte od dnia 19.02.2022 w zakresie każdej części

4. Kryteria wyboru propozycji ofertowych:

W celu wyboru najkorzystniejszej oferty Zamawiający przyjął następujące kryterium:

cena brutto za realizację zamówienia w zakresie danej części- 100 %

Zasady oceny ofert według ustalonego kryterium:

Ocena ofert dokonywana będzie wg kryterium:

cena brutto za realizację zamówienia, wg wzoru:

Sposób liczenia:

$$C = \frac{C_N}{C_{OB}} \times W_C \quad \text{gdzie:}$$

C – ilość punktów otrzymanych za proponowaną cenę w danej części

C_N – najniższa cena proponowana przez Wykonawców w danej części

C_{OB} – cena badanej oferty w danej części

W_C – wartość wagowa 100 %

Oferty oceniane będą za pomocą systemu punktowego.

Obliczenia będą dokonywane z dokładnością do dwóch miejsc po przecinku.

Za najkorzystniejszą zostanie uznana oferta, która uzyska najwyższą liczbę punktów w danej części.

5. Istotne postanowienia umowy, które zostaną zawarte w jej treści:

5.1 Zamawiający wymaga aby przegląd techniczny odbył się raz w roku, z wyjątkiem analizatora Biochemicznego XL-200 ERBA MANNHEIM (w zakresie części 2), w którym to przegląd ten odbywać się będzie 2 razy w roku

5.2 Wykonawca zobowiązuje się zrealizować przedmiot zamówienia przy użyciu materiałów własnych.

5.3 Wykonawca zobowiązuje się użyć materiałów odpowiedniej jakości.

5.4 Serwis techniczny musi zapewniać:

- utrzymanie analizatorów w pełnej sprawności techniczno– użytkowej przez okres obowiązywania umowy,
- zapas części zamiennych do serwisowania sprzętu.

5.5 Zakres czynności związanych z serwisem technicznym analizatorów:

- a) diagnozowanie uszkodzeń,
- b) wykonywanie napraw pogwarancyjnych,
- c) przegląd okresowy obejmujący konserwację aparatu raz w roku w terminie 5 dni roboczych od dnia zgłoszenia przez Zleceniodawcę, podczas której będą przeprowadzane następujące czynności :
 - testowanie i kalibracja parametrów elektronicznych, mechanicznych i optycznych,
 - wymiana części zużywalnych,
 - kontrola funkcjonowania aparatu.

5.6 Przedstawiciel Zleceniodawcy powiadomi Zleceniobiorcę o wystąpieniu awarii, przesyłając faksem lub pocztą elektroniczną zgłoszenie serwisowe, zawierające szczegółowy opis usterki. W uzasadnionych przypadkach, Zleceniodawca zastrzega sobie możliwość zgłoszenia awarii telefonicznie osobie uprawnionej ze strony Zleceniobiorcy. W przypadku zgłoszenia telefonicznego Zleceniobiorca niezwłocznie potwierdzi dokonanie zgłoszenia w formie elektronicznej lub przy użyciu faksu.

5.7 Każdy przegląd winien być wpisany do paszportu technicznego lub karty technicznej urządzenia.

- 5.8 Za naprawę uważa się przywrócenie sprzętu do stanu technicznego sprzed awarii, w związku z czym za usunięcie awarii uważa się zarówno naprawienie uszkodzonego sprzętu, jak również nieodpłatne użyczenie na czas naprawy zamiennika uszkodzonego sprzętu, o takich samych lub lepszych parametrach użytkowych oraz nie wyższym stopniu zużycia fizycznego niż sprzęt uszkodzony.
- 5.9 Awarye usuwane będą w ciągu 48 godzin, licząc od momentu powiadomienia o wystąpieniu awarii. Bieg terminu na usunięcie awarii przerywają dni ustawowo wolne od pracy.
- 5.10 Uszkodzone części podlegają wymianie na części zamienne, które zapewnią prawidłową pracę urządzenia i są dopuszczone do zastosowania przez producenta analizatora.
- 5.11 Z przeprowadzenia czynności usunięcia awarii zostanie sporządzony protokół wykonania usługi serwisowej. Zleceniodawca ma prawo odmówić zaakceptowania protokołu, jeżeli usługa serwisowa nie została przeprowadzona w sposób należyty lub ilość roboczogodzin przekracza faktyczny czas potrzebny na usunięcie awarii.
- 5.12 Dopuszcza się przeprowadzenie naprawy w punkcie serwisowym Zleceniobiorcy, o ile dostarczy on na czas jej trwania sprzęt zastępczy o takich samych lub lepszych parametrach użytkowych oraz nie wyższym stopniu zużycia niż sprzęt uszkodzony.
- 5.13 Fakt zabrania urządzenia do naprawy w punkcie serwisowym oraz jego zwrot zostanie potwierdzony protokołem przekazania sprzętu do naprawy, natomiast dostarczenie i zwrot sprzętu zastępczego, Strony udokumentują protokołem zwrotu sprzętu zastępczego.
- 5.14 Zleceniobiorca udziela min. 6 - miesięcznej gwarancji na wykonanie usługi serwisowej oraz części zamienne.
- 5.15 W razie konieczności wykonania wymiany lub naprawy części niezbędnych do wykonania naprawy analizatora, Zleceniobiorca zobowiązany jest sporządzić kalkulację kosztów naprawy i przedłożyć Zleceniodawcy. Ww. usługa będzie wykonywana w ramach odrębnego zlecenia.
- 5.16 W przypadku braku możliwości naprawy analizatora lub gdy jego naprawa okaże się nieopłacalna, (trwałe, rozległe uszkodzenie lub brak części zamiennych) Zleceniobiorca przeprowadzi ekspertyzę stanu technicznego analizatora i wystawi stosowne zaświadczenie.
- 5.17 Odbiór przedmiotu umowy nastąpi na podstawie spisanego protokołu odbioru, zawierającego wynik dokonanego sprawdzenia ilości i jakości wykonanych robót, wymienienie istniejących wad, decyzję Zamawiającego co do przyjęcia lub odmowy przyjęcia przedmiotu umowy, oświadczenia i wyjaśnienia Wykonawcy oraz podpisy osób uczestniczących w odbiorze.
- 5.18 Przedmiotem odbioru końcowego będzie przekazanie Zamawiającemu przedmiotu umowy po sprawdzeniu jego należytego wykonania.
- 5.19 Zamawiający może podjąć decyzję o przerwaniu czynności odbioru, jeżeli w czasie jego trwania ujawniono istnienie takich wad i usterek, które uniemożliwiają użytkowanie przedmiotu umowy zgodnie z przeznaczeniem, aż do czasu ich usunięcia.
- 5.20 Wykonawca zobowiązany jest do zawiadomienia Zamawiającego o usunięciu wad oraz do żądania wyznaczenia terminu na odbiór zakwestionowanych uprzednio robót jako wadliwych.
- 5.21 Strony postanawiają, że rozliczenie Wykonawcy za wykonanie przedmiotu umowy nastąpi na podstawie faktury, wystawionej przez Wykonawcę w oparciu o bezusterkowy protokół odbioru przedmiotu umowy.
- 5.22 Wykonawca zapłaci Zamawiającemu karę umowną:
- za odstąpienie od umowy przez Zamawiającego z przyczyn, za które ponosi odpowiedzialność Wykonawca – w wysokości 5 % wynagrodzenia umownego brutto za niezrealizowaną część umowy,
 - za zwłokę w usunięciu wad stwierdzonych przy odbiorze- w wysokości 0,2 % wynagrodzenia umownego za każdy dzień zwłoki liczony od ostatniego dnia okresu wyznaczonego na usunięcie wad.
 - za odstąpienie od umowy przez Wykonawcę z przyczyn, za które ponosi odpowiedzialność Wykonawca– w wysokości 5 % wynagrodzenia umownego brutto za niezrealizowaną część umowy,

Zamawiający zapłaci Wykonawcy karę umowną:

- za odstąpienie od umowy przez Wykonawcę z przyczyn, za które ponosi odpowiedzialność Zamawiający – w wysokości 5 % wynagrodzenia umownego brutto.

5.23 Oprócz przypadków wymienionych w treści tytułu XV Kodeksu Cywilnego Zamawiającemu przysługuje prawo do odstąpienia od umowy bez zapłaty kar umownych w następujących sytuacjach:

- w razie wystąpienia istotnej zmiany okoliczności powodującej, że wykonanie umowy nie leży w interesie publicznym, czego nie można było przewidzieć w chwili zawierania umowy,
 - zostanie ogłoszona upadłość lub rozwiązanie firmy Wykonawcy,
 - Wykonawca nie rozpoczął wykonywania umowy bez uzasadnionych przyczyn oraz nie kontynuuje go pomimo wezwania Zamawiającego złożonego na piśmie.
- Odstąpienie od umowy może nastąpić w terminie 30 dni od powzięcia wiadomości o powyższych okolicznościach.

5.25 Ceny przedmiotu umowy określone przez Wykonawcę zostaną ustalone na okres ważności umowy i nie będą podlegały zmianom.

Do oferty należy dołączyć kopię aktualnego certyfikatu obejmującego zakres usług serwisu technicznego ww. analizatorów (dot. każdej części).

Zwracamy się z prośbą o przesłanie propozycji ofertowej wypełnionej zgodnie z załącznikiem nr 1-2 (zgodnie z zakresem składanej oferty) do niniejszego zapytania ofertowego wraz z w/w dokumentem na adres e-mail: zampub@szpitaltoszek.pl

Dopuszcza się również składania oferty w formie papierowej- w zamkniętej, opisanej kopercie.

w nieprzekraczalnym terminie do 09.02.2022 r. do godz. 14.00

z dopiskiem „Propozycja ofertowa – nr postępowania 5/DEG/WK/2022

Osoby do kontaktu:

Pod względem teoretycznym:

Ilona Szyguła – Kierownik Laboratorium
tel. 32 233 41 12 wew. 349

Pod względem formalnym:

Weronika Kruza – Referent
tel. 32 233 41 12 wew. 288

e-mail: zampub@szpitaltoszek.pl

Z poważaniem:

Anna Skandy

Kierownik Zamówień Publicznych

Załączniki:

1. Propozycja ofertowa.