



Dotyczy dostawy łóżek szpitalnych dla SP ZOZ Szpitala Psychiatrycznego w Toszku  
-nr post. 15/DEG/EK/2020

**Zamawiający udostępnia treść zapytań wraz z odpowiedziami:**

**Pytanie z dnia 03.02.2020 r.:**

**1. Czy Zamawiający dopuści regulację pleców za pomocą sprężyny gazowej ?**

Zamawiający informuje, że nie dopuszczamy regulację pleców za pomocą sprężyny gazowej

**2. Czy Zamawiający wymaga łóżek na kółkach o średnicy 125 mm w tym wszystkie z blokadą co umożliwia również łatwiejsze przemieszczanie łóżek?**

Zamawiający informuje, że nie wymagamy łóżek na kółkach o średnicy 125 mm w tym wszystkie z blokadą

**3. Czy Zamawiający dopuści łóżka w kolorze jasnoszarym (RAL7035) ?**

Zamawiający informuje, że dopuszczamy łóżka w kolorze jasnoszarym

**4. Czy Zamawiający wymaga łóżka z barierkami, chroniące pacjenta ?**

Zamawiający informuje, że dopuszczamy łóżka z barierkami

  
**Zastępca Dyrektora**  
**1/s Ekonomiczno-Eksploatacyjnych**  
*inż. Erwin Janysek*