



Toszek, dnia 04.02.2020

Dotyczy dostawy łóżek szpitalnych dla SP ZOZ Szpitala Psychiatrycznego w Toszku
-nr post. 15/DEG/EK/2020

Zamawiający udostępnia treść zapytań wraz z odpowiedziami:

Pytanie z dnia 04.02.2020 r.:

1. Czy Zamawiający wyraża zgodę na dostawę łóżek z segmentami leża wypełnionymi blachą montowaną na stałe, zamiast metalowej siatki?

Zamawiający informuje, że nie wyrażamy zgody na dostawę łóżek z segmentami leża wypełnionymi blachą montowaną na stałe

2. Czy Zamawiający dopuści łóżko na czterech kołach, zamiast czterech stopek?

Zamawiający informuje, że nie dopuszczamy łóżek na czterech kółkach zamiast czterech stopek


Zastępca Dyrektora
Pracowniowo-Eksploatacyjnych
inż. Erwin Janysek