



### **Korekta nr 1 do Zapytania Ofertowego nr 46/DEG/PW/2020**

Dokonuje się następujących zmian w treści Zapytania Ofertowego oraz Opisu przedmiotu zamówienia:

#### **Zapytanie Ofertowe:**

3. Termin realizacji zamówienia: **do 2,5 miesiąca od daty podpisania umowy.**

#### **Opis przedmiotu zamówienia**

*Dotyczy: dostawa przenośnego urządzenia do dezynfekcji metoda zamglawiania wraz z preparatami do dezynfekcji oraz szkoleniem dla pracowników SP ZOZ Szpitala Psychiatrycznego w Toszku..*

##### **1. Przenośne urządzenie do dezynfekcji pomieszczeń metodą zamglawiania**

Urządzenie rozpraszające środek w postaci mikrokropelek.

Likwidacja bakterii, grzybów, spor zgodnie z obowiązującymi normami, tym samym wymaga się, aby system posiadał potwierdzoną skuteczność zgodnie z normą NFT 72-281.

Urządzenie automatycznie wyłączające się po etapie dyfuzji środka

Możliwość podłączenia do urządzenia elastycznego węża do dezynfekcji klimatyzacji/przewodów wentylacyjnych oraz miejsc trudnodostępnych.

##### **Parametry techniczne:**

- wymiary oraz waga urządzenia gwarantować mają jego mobilność i możliwość przenoszenia przez jedną osobę.
- moc ok. 1000W
- zasilanie 230 V
- Dopuszcza się urządzenia posiadający dotykowy panel z diodami LED służący do wyboru kubatury pomieszczenia
- Dopuszcza się, aby urządzenie miało możliwość kontroli penetracji preparatu za pomocą wskaźników chemicznych, rozmieszczonych w trudno dostępnych miejscach
- Dopuszcza się urządzenia do dezynfekcji pomieszczeń metodą suchej mgły o wielkości kropli 5 mikrometrów
- Zamawiający wymaga potwierdzenia producenta, że sprzęt medyczny znajdujący się w dezynfekowanym pomieszczeniu/ ambulansach jest bezpieczny i nie należy go zakrywać w trakcie dezynfekcji.

*Należy dołączyć specyfikację oferowanego urządzenia.*

##### **2. Preparaty do dezynfekcji**

- Preparaty muszą być kompatybilne z urządzeniem.
- Preparaty do dezynfekcji pomieszczeń i sprzętu medycznego.
- Pojemność 1L
- wymaga się, aby system posiadał potwierdzoną skuteczność zgodnie z normą NFT 72-281 oraz posiadały pozwolenie na obrót jako produkt biobójczy wydane przez Urząd Rejestracji Produktów Leczniczych, Wyrobów Medycznych i Produktów Biobójczych
- Środek musi zawierać stężenie min. 6% nadtlenu wodoru

*Należy dołączyć specyfikację oferowanych preparatów.*

Zastępca Dyrektora  
działu Ekonomiczno-Exploatacyjnego

inż. Erwin Janysek

### 3. Szkolenie dla pracowników

- Szkolenie dla pracowników SP ZOZ Szpitala Psychiatrycznego w Toszku dotyczące:

1. Obsługa urządzenia wraz z aplikowaniem preparatów.
2. Sposób dezynfekcji przy wykorzystaniu urządzenia.

- Szkolenie musi być przeprowadzone przez kompetentną osobę posiadającą odpowiednie kwalifikacje.

- Szkolenie odbędzie się w siedzibie Zamawiającego. Termin szkolenia uzgodniony zostanie podczas podpisania umowy.

- Potwierdzeniem zakończenia szkolenia będzie wystawione zaświadczenie dla osoby uczestniczącej w szkoleniu.

Zastępca Dyrektora  
z/s Ekonomiczno-Eksploatacyjnych

*inż. Erwin Janyszek*