



Korekta nr 2 do Zapytania Ofertowego nr 46/DEG/PW/2020

Dokonuje się następujących zmian w treści Opisu przedmiotu zamówienia:

Opis przedmiotu zamówienia

Dotyczy: dostawa przenośnego urządzenia do dezynfekcji metoda zamglawiania wraz z preparatami do dezynfekcji oraz szkoleniem dla pracowników SP ZOZ Szpitala Psychiatrycznego w Toszku..

1. Przenośne urządzenie do dezynfekcji pomieszczeń metodą zamglawiania

Urządzenie rozpraszające środek w postaci mikrokropelek.

Likwidacja bakterii, grzybów, spor zgodnie z obowiązującymi normami.

Urządzenie automatycznie wyłączające się po etapie dyfuzji środka

Możliwość podłączenia do urządzenia elastycznego węża do dezynfekcji klimatyzacji/przewodów wentylacyjnych oraz miejsc trudnodostępnych.

Parametry techniczne:

- wymiary oraz waga urządzenia gwarantować mają jego mobilność i możliwość przenoszenia przez jedną osobę.

- moc ok. 1000W

- zasilanie 230 V

- Dopuszcza się urządzenia posiadający dotykowy panel z diodami LED służący do wyboru kubatury pomieszczenia

- Dopuszcza się, aby urządzenie miało możliwość kontroli penetracji preparatu za pomocą wskaźników chemicznych, rozmieszczonych w trudno dostępnych miejscach

- Dopuszcza się urządzenia do dezynfekcji pomieszczeń metodą suchej mgły o wielkości kropli 5 mikrometrów

- Zamawiający wymaga potwierdzenia producenta, że sprzęt medyczny znajdujący się w dezynfekowanym pomieszczeniu/ ambulansach jest bezpieczny i nie należy go zakrywać w trakcie dezynfekcji.

Należy dołączyć specyfikację oferowanego urządzenia.

2. Preparaty do dezynfekcji

- Preparaty muszą być kompatybilne z urządzeniem.

- Preparaty do dezynfekcji pomieszczeń i sprzętu medycznego.

- Pojemność 1L

- Wymaga się aby produkty posiadały pozwolenie na obrót jako produkt biobójczy wydane przez Urząd Rejestracji Produktów Leczniczych, Wyrobów Medycznych i Produktów Biobójczych

- Środek musi zawierać stężenie min. 6% nadtlenu wodoru

Należy dołączyć specyfikację oferowanych preparatów.

Zastępca Dyrektora
i/s Ekonomiczno-Exploatacyjnych

inż. Erwin Janyszek