



Toszek, dnia 23.07.2020 r.

Dotyczy: Dostawa przenośnego urządzenia do dezynfekcji drogą powietrzną wraz z preparatami do dezynfekcji oraz szkoleniem dla pracowników SP ZOZ Szpitala Psychiatrycznego w Toszku.

Zamawiający udostępniła treść zapytań wraz z odpowiedziami:

Pytania z dnia 17.07.2020 r.:

1. Czy wykonawca dopuszcza urządzenie dokonujące dezynfekcji klimatyzacji i przewodów wentylacyjnych w drodze dyfuzji, bez węża? Zamglawianie jest procesem polegającym na rozpyleniu mgły, docierającej do wszystkich przestrzeni w drodze dyfuzji. Nie jest zatem konieczne punktowe kierowanie natrysku, gdyż nie jest to spryskiwacz

Odpowiedź:

Zamawiający wymaga aby oferowane urządzenia posiadały możliwość podpięcia węża.

Zastępca Dyrektora
d/s Ekonomiczno-Eksploatacyjnych
Erwin Janysek
Inż. Erwin Janysek