



Toszek, dnia 23.07.2020 r.

Dotyczy: Dostawa przenośnego urządzenia do dezynfekcji drogą powietrzną wraz z preparatami do dezynfekcji oraz szkoleniem dla pracowników SP ZOZ Szpitala Psychiatrycznego w Toszku.

Zamawiający udostępnia treść zapytań wraz z odpowiedziami:

Pytania z dnia 23.07.2020 r.:

1. Zwracam się z uprzejmą prośbą o zmianę zapisu dotyczącego: „wymaga się aby system posiadał potwierdzoną skuteczność zgodnie z normą NFT 72-281” na zapis dopuszczający się. Norma NFT 72-281 jest normą francuską i nie jest normą obowiązującą w Polsce ani w Unii Europejskiej. Zastosowanie przedmiotowej normy ogranicza konkurencję i faworyzuje francuskiego producenta urządzeń do zamglawiania. Ponadto norma dotyczy procesu zabijania bakterii metoda zamglawiania.

Odpowiedź:

Zamawiający zgadza się na zmianę proponowanego zapisu zapytania ofertowego.

Zastępca Dyrektora
d/s Ekonomiczno-Exploatacyjnych

inż. Erwin Janysek