



Toszek, 25.11.2022 r.

dotyczy: *postępowania nr 53/DEG/AC/2022 na dostawę tlenu medycznego sprężonego dla potrzeb SP ZOZ Szpitala Psychiatrycznego w Toszku*

Zamawiający udostępnia treść zapytań odnośnie treści przedmiotu zamówienia wraz z wyjaśnieniami:

**Pytania z dnia 22.11.2022 r.**

**Pytanie 1**

W związku ogłoszeniem przez Państwa postępowania ofertowego, w którym chcielibyśmy uczestniczyć zwracamy się z prośbą o dopuszczenie możliwości dostaw tlenu medycznego sprężonego w butlach o pojemności 10 l, dotyczy poz. 2 formularza cenowego.

**Odpowiedź:**

Zamawiający dopuszcza butle 10 l pod warunkiem, że każda butla jest wyposażona w reduktor i ma możliwość transportu bez podnoszenia (np. posiada kółka lub wózek w zestawie). Tym samym ulega modyfikacji zał. nr 1 do zapytania ofertowego.

Z poważaniem:

*Kierownik Zamówień Publicznych  
Anna Skandy*