



Toszek, dn. 30.11.2022 r

L. dz. DS/ 5499/2022

ZAPYTANIE OFERTOWE
nr sprawy 60/DEG/JB/2022

1. Zamawiający: **SP ZOZ Szpital Psychiatryczny, ul. Gliwicka 5, 44-180 Toszek** zaprasza do złożenia propozycji ofertowej na:
2. Przedmiot zamówienia: **Zakup łóżek szpitalnych oraz szafek przyłóżkowych niezbędnych do funkcjonowania dla Oddziału Psychiatrycznego Sądowego Odwykowego VII w ramach zadań przeciwdziałaniu narkomanii „Rozwój i modernizacja bazy materialnej i organizacyjnej Oddziału Psychiatrycznego Sądowego Odwykowego VII w ramach zadań przeciwdziałaniu narkomanii” zgodnie z uszczegółowieniem zawartym w załącznikach do zapytania ofertowego – specyfikacja techniczna zamówienia w zakresie dwóch części:**

| | |
|----------------|--|
| Część 1 | Łóżko rehabilitacyjne hydrauliczne z materacem – 12 szt. |
| Część 2 | Szafka przyłóżkowa – 12 szt. |

Szczegółowy opis wraz z asortymentem znajduje się w specyfikacji technicznej stanowiącej załącznik nr 1 do niniejszego zapytania oraz propozycji ofertowej stanowiącej załącznik nr 2 do niniejszego zapytania.

3. Termin realizacji zamówienia:
Do 30 grudnia 2022 r.
4. Kryteria wyboru propozycji ofertowych:
W celu wyboru najkorzystniejszej oferty Zamawiający przyjął następujące kryterium:
Cena brutto za realizację zamówienia - 100 %

Sposób liczenia:

$$C = \frac{C_N}{C_{OB}} \times W_C \quad \text{gdzie:}$$

C - ilość punktów otrzymanych za proponowaną cenę
C_N - najniższa cena proponowana przez Wykonawców
C_{OB} - cena badanej oferty
W_C - wartość wagowa 100 %

Oferty oceniane będą za pomocą systemu punktowego.
Obliczenia będą dokonywane z dokładnością do dwóch miejsc po przecinku.

Za najkorzystniejszą zostanie uznana oferta, która uzyska najwyższą liczbę punktów.

5. Istotne postanowienia umowy, które zostaną zawarte w jej treści:

- a) Termin dostawy, zostanie uzgodniony z uprawnionym przedstawicielem Zamawiającego. Fakt dostawy zostanie potwierdzony przez Wykonawcę e-mailem lub telefonicznie z co najmniej 2-dniowym wyprzedzeniem.
- b) Dostarczony towar winien być zgodny z zamówieniem i niewadliwy.
- c) Wykonawca udziela gwarancji na przedmiot zamówienia na okres min. 24 miesiące.
- d) Wykonawca dostarczy przedmiot zamówienia Zamawiającemu, na własny koszt i ryzyko do miejsca dostawy. Miejscem dostawy jest magazyn techniczny.
- e) Odbioru przedmiotu zamówienia dokona uprawniony przedstawiciel Zamawiającego na podstawie spisanego protokołu zdawczo-odbiorczego.
- f) W przypadku nienależytego wykonania zobowiązania przez Wykonawcę, tj.:
 - dostawy przedmiotu zamówienia wadliwego pod względem jakościowym - zostanie on wymieniony przez Wykonawcę na jego koszt w terminie do 3 dni roboczych od chwili zgłoszenia reklamacji;
 - niedotrzymania terminu dostawy przedmiotu zamówienia - w przypadku przekroczenia przez Wykonawcę terminu dostawy określonego przez Zamawiającego, zgodnie z treścią pkt a) o więcej niż 3 dni robocze, Odbiorcy przysługuje prawo zakupu opóźnionego przedmiotu zamówienia u innego Wykonawcy na koszt i ryzyko Wykonawcy.
W takim przypadku Zamawiający nie jest zobowiązany do odbioru przedmiotu opóźnionej dostawy od Wykonawcy. Wykonawca jest zobowiązany do pokrycia kosztu zakupu u innego Wykonawcy.
- g) Wykonawca zapłaci Zamawiającemu karę umowną:
 - za odstąpienie od umowy przez Zamawiającego z przyczyn, za które ponosi odpowiedzialność Wykonawca w wysokości 5% wartości umownej brutto niezrealizowanej części umowy,
 - za odstąpienie od umowy przez Wykonawcę z przyczyn, za które ponosi odpowiedzialność Wykonawca w wysokości 5% wartości umownej brutto niezrealizowanej części umowy,
 - za zwłokę w dostawie zamawianego towaru nie przekraczającą 3 dni – 0,1% całkowitej wartości umownej brutto umowy, a w przypadku zwłoki przekraczającej 3 dni – 0,5 % całkowitej wartości brutto umowy. W przypadku zwłoki dłuższej niż 3 dni, Zamawiający może skorzystać z uprawnienia określonego w pkt f) tiret 2. W takim wypadku, Zamawiający jest uprawniony do naliczania kar umownych do dnia zrealizowania dostawy przez innego Wykonawcę,
 - za zwłokę Wykonawcy w wykonaniu obowiązku dostarczenia rzeczy wolnych od wad w terminie, o którym mowa w pkt f) tiret 1, Wykonawca zapłaci Zamawiającemu karę umowną w wysokości 0,5% całkowitej wartości brutto umowy, za każdy dzień zwłoki.
- h) Zamawiający zapłaci Wykonawcy karę umowną:
 - za odstąpienie od umowy przez Wykonawcę z przyczyn zawinionych przez Zamawiającego - w wysokości 5 % wartości umowy brutto za niezrealizowaną część umowy.

6. Wykluczenia z postępowania

- 6.1. Na podstawie art. 5k Rozporządzenia Rady (UE) 2022/576 z dnia 8 kwietnia 2022 r. w sprawie zmiany rozporządzenia (UE) nr 833/2014 dotyczącego środków ograniczających w związku z działaniami Rosji destabilizującymi sytuację na Ukrainie (Dz. Urz. UE L 2022, Nr 111, str. 1) oraz art. 7 ust. 1 ustawy z dnia 13 kwietnia 2022 r. o szczególnych rozwiązaniach w zakresie przeciwdziałania wspieraniu agresji na Ukrainę oraz służących ochronie bezpieczeństwa narodowego (Dz.U. z 2022 r. poz. 835), zwana dalej „ustawą sankcyjną” z postępowania o udzielenie zamówienia publicznego Zamawiający wykluczy:
- 1) wykonawcę oraz uczestnika konkursu wymienionego w wykazach określonych w rozporządzeniu 765/2006 i rozporządzeniu 269/2014 albo wpisanego na listę na podstawie decyzji w sprawie wpisu na listę rozstrzygającej o zastosowaniu środka, o którym mowa w art. 1 pkt 3 ustawy sankcyjnej;
 - 2) wykonawcę oraz uczestnika konkursu, którego beneficjentem rzeczywistym w rozumieniu ustawy z dnia 1 marca 2018 r. o przeciwdziałaniu praniu pieniędzy oraz finansowaniu terroryzmu (Dz. U. z 2022 r. poz. 593 i 655) jest osoba wymieniona w wykazach określonych w rozporządzeniu 765/2006 i rozporządzeniu 269/2014 albo wpisana na listę lub będąca takim beneficjentem rzeczywistym od dnia 24 lutego 2022 r., o ile została wpisana na listę na podstawie decyzji w sprawie wpisu na listę rozstrzygającej o zastosowaniu środka, o którym mowa w art. 1 pkt 3 ustawy sankcyjnej;
 - 3) wykonawcę oraz uczestnika konkursu, którego jednostką dominującą w rozumieniu art. 3 ust. 1 pkt 37 ustawy z dnia 29 września 1994 r. o rachunkowości (Dz. U. z 2021 r. poz. 217, 2105 i 2106), jest podmiot wymieniony w wykazach określonych w rozporządzeniu 765/2006 i rozporządzeniu 269/2014 albo wpisany na listę lub będący taką jednostką dominującą od dnia 24 lutego 2022 r., o ile został wpisany na listę na podstawie decyzji w sprawie wpisu na listę rozstrzygającej o zastosowaniu środka, o którym mowa w art. 1 pkt 3 ustawy sankcyjnej.
- 6.2. Wykluczenie następuje na okres trwania okoliczności określonych w pkt 6.1
- 6.3. Oferta wykonawcy, o którym mowa w pkt 6.1 zostanie odrzucona.
- 6.4. W celu potwierdzenia braku istnienia okoliczności, o których mowa w pkt 6.1 Zamawiający zastrzega możliwość samodzielnego badania ogólnodostępnych rejestrów, w tym Centralnej Ewidencji i Informacji o Działalności Gospodarczej, Krajowego Rejestru Sądowego oraz Centralnego Rejestru Beneficjentów Rzeczywistych.
- 6.5. W celu potwierdzenia istnienia okoliczności, o których mowa w pkt 6.1 Wykonawcy zagraniczni będą zobowiązani do przedkładania dokumentów z odpowiedniego rejestru, takiego jak rejestr sądowy, albo, w przypadku braku takiego rejestru, inny równoważny dokument wydany przez właściwy organ sądowy lub administracyjny kraju, w którym wykonawca ma siedzibę lub miejsce zamieszkania wraz z tłumaczeniem na język polski.

7. Inne

Zamawiający nie dopuszcza składania ofert wariantowych. Oferta wariantowa zostanie odrzucona wraz z oferta podstawową.

8. Zamawiający przewiduje unieważnienie postępowania, jeśli środki publiczne, które zamierzał przeznaczyć na sfinansowanie całości lub części zamówienia nie zostały przyznane.

Zwracamy się z prośbą o przesłanie propozycji ofertowej wypełnionej zgodnie z załącznikiem nr 2 do niniejszego zapytania ofertowego oraz wypełnioną specyfikację techniczną stanowiącą załącznik nr 1 do niniejszego zapytania ofertowego w zamkniętej kopercie na adres:

SP ZOZ Szpital Psychiatryczny w Toszku
Biuro Podawcze
ul. Gliwicka 5, 44-180 Toszek

w nieprzekraczalnym terminie do 09.12.2022 r. do godz. 14.00

z dopiskiem „Propozycja ofertowa w zakresie części – nr postępowania 60/DEG/JP/2022


Osoba do kontaktu:

Justyna Barys

tel. 32 233 41 12 wew. 290

e-mail: j.barys@szpitaltoszek.pl

Z poważaniem:

DYREKTOR
SP ZOZ SZPITALA PSYCHIATRYCZNEGO

Erwin Jarysek

Załącznik:

1. Specyfikacja techniczna w zakresie części 1-2
2. Propozycja ofertowa w zakresie części 1-2

.....
 Nazwa i adres (pieczęć adresowa) Wykonawcy

SPECYFIKACJA TECHNICZNA

Część 1 Łóżka szpitalne

| L.p. | <i>Parametry wymagane (opis funkcji wymaganego parametru)</i> | <i>Parametry oferowane (podać zakres lub opisać)</i> |
|------|---|--|
| | Pełna nazwa sprzętu, model | |
| | Producent / Kraj Pochodzenia: | |
| 1 | Oferowane łóżko fabrycznie nowe | |
| 2 | Obciążenie łóżka min 200 kg | |
| 3 | Wymiary leża 2000 x 900 mm +/- 20 mm | |
| 4 | Podstawa łóżka jezdna wyposażona w cztery koła o średnicy min 120 mm | |
| 5 | Hamulec centralny | |
| 6 | Tworzywowa osłona podwozia | |
| 7 | Nożna pompa hydrauliczna do regulacji wysokości w zakresie od 400 mm do 800 mm (+/- 50 mm) | |
| 8 | Regulacja oparcia pleców oraz segmentu uda za pomocą sprężyn gazowych | |
| 9 | Regulacja segmentu podudzia za pomocą mechanizmu zapadkowego | |
| 10 | Barierki boczne lakierowane proszkowo składane wzdłuż ramy leża za pomocą jednego przycisku lub jednej dźwigni z możliwością demontażu bez narzędzi lub poprzez odciążenie mechanizmu blokującego oraz lekkie przesunięcie jej w kierunku nóg pacjenta spełniające normę EN 60601-2-52 lub równoważną | |
| 11 | Szczyty łóżka chromowane wypełnione płytą HPL o grubości min. 8 mm odporną na działanie wysokiej temperatury, uszkodzenia mechaniczne, chemiczne i promieniowanie UV | |
| 12 | Demontaż wypełnienia szczytów z ramy bez konieczności użycia narzędzi | |
| 13 | W narożnikach leża 4 krążki odbojowe | |

.....
 pieczęć i podpis Wykonawcy
 lub upoważnionego przedstawiciela (li) Wykonawcy

.....
Nazwa i adres (pieczęć adresowa) Wykonawcy

SPECYFIKACJA TECHNICZNA

Część 1 - Łóżka szpitalne

| <i>L.p.</i> | <i>Parametry wymagane (opis funkcji wymaganego parametru)</i> | <i>Parametry oferowane (podać zakres lub opisać)</i> |
|-------------|--|--|
| 14 | Łóżko musi posiadać uchwyty na pasy unieruchamiające | |
| 15 | Łóżko musi być wyposażone w drabinkę szczebelkową do podciągania się pacjenta | |
| 16 | Materac w pokrowcu z tkaniny | |
| 17 | Oslona materaca dostosowana do wymiarów leża z zamkiem błyskawicznym z 2 stron (zapięcie w kształcie L) wykonana z włókna tekstylnego pokrytego czystym przepuszczającym parę wodną poliuretanem, bez PVC | |
| 18 | Oslona na materac odporna na przemakanie, zanieczyszczenia (wydaliny i wydzieliny organiczne) przenikanie mikroorganizmów, wytrzymała, elastyczna, odporna na ścieranie | |
| 19 | Oslona na materac łatwa do dezynfekcji i prania, nie zmieniająca swych parametrów pod wpływem środków chemicznych (wytrzymałość na alkohole, środki czyszczące, środki dezynfekcyjne, oleje) i wysokie temperatury | |
| 20 | Certyfikat CE lub równoważny | |

.....
*pieczęćka i podpis Wykonawcy
lub upelnomocnionego przedstawiciela (li) Wykonawcy*

.....
 Nazwa i adres (pieczęć adresowa) Wykonawcy

SPECYFIKACJA TECHNICZNA

Część 2 Szafki przyłóżkowe

| L.p. | <i>Parametry wymagane (opis funkcji wymaganego parametru)</i> | <i>Parametry oferowane (podać zakres lub opisać)</i> |
|---|--|--|
| Pełna nazwa sprzętu, model Producent / Kraj Pochodzenia: | | |
| 1 | Oferowana szafka fabrycznie nowa | |
| 2 | Wysuwany stolik do karmienia – blat boczny z regulowaną wysokością składany do boku szafki z regulacją za pomocą sprężyny gazowej | |
| 3 | Korpus szafki wykonany z blachy i profili stalowych pokrytych farbą proszkową | |
| 4 | Szafka dwustronna wyposażona w jedna szufladę i jedną komorę zamykaną drzwiczkami | |
| 5 | Uchwyty metalowe | |
| 6 | Szuflada na prowadnicach kulkowych lub rolkowych , otwierana w dwie strony | |
| 7 | Szafka na czterech kółkach, dwa koła z blokadą indywidualną. Kółka mogą być metalowe lub tworzywowe jednak kółka montowane do szafki muszą posiadać trzpień metalowy wkładany do szafki | |
| 8 | Blaty szafki z plyty HPL w kolorze do uzgodnienia | |
| 9 | Powierzchnie szafki odporne na dezynfekcje i ścieranie | |
| 10 | Certyfikat CE lub równoważny | |
| 11 | Wyjmowany wkład tworzywowy w szufladzie | |
| 12 | Szuflada zabezpieczona przed przypadkowym całkowitym wysunięciem | |

.....
 pieczęć i podpis Wykonawcy
 lub upelnomocnionego przedstawiciela (li) Wykonawcy